บันทึกการตรวจสภาพเครื่อง Scanning electron microscope (SEM) รุ่น TM4000Plus

ปี พ.ศ.....

ผู้ดูแล น.ส. รุ่งทิพย์ มาดี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์เครื่องมือกลาง

Date	Temp. (°C)	Moisture (%)	Cleaning (Every 1 mo.)		Cleaning (When the filament is replaced)		Disk Defragment (Every 1 mo.)	Remark
			Outer cover	Cooling fan	Wehnelt	Anode		
	15°C-30°C	<70% RH						

หมายเหตุ:

1. อุณหภูมิ (Temp.) และความชื้นสัมพัทธ์ (Moisture) ให้ใส่ผลการควบคุมเป็นตัวเลขที่วัดค่าได้
2. เมื่อทำการทำความสะอาดแล้ว (Cleaning) ให้ทำใส่ ✓ ในหัวข้อที่ทำความสะอาด และ ✕ ในหัวข้อที่ไม่ได้ทำความสะอาด
3. วิธีการจัดเรียงข้อมูลโดยใช้ (Disk Defragment) (ทุกเดือน)
   1. คลิกที่ Start / All Program / Accessories / Sys tools / Desk Defragmenter
   2. เลือก Drive ที่ต้องการจัดเรียง แล้วกดปุ่ม Defragment โปรแกรมจะทำการจัดเรียงข้อมูลจนจบ